



SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna**

---

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 167 del 11/07/2019

**OGGETTO: Adozione del Regolamento Aziendale per la Visione/Prova delle Apparecchiature Elettromedicali**

Area di Staff – Ingegneria Clinica		
<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
Estensore e Responsabile Procedimento	<i>Dott. Ing. Giovanni Secci</i>	
Responsabile Funzioni	<i>Dott. Ing. Giovanni Secci</i>	



## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale è stata definita la riforma del sistema sanitario regionale.

**DATO ATTO** che la medesima Legge, all'art. 4, istituisce l'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS), indicandone la missione istituzionale, i compiti e gli Organi di governo.

**VISTA** la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS e di conclusione dell'iter formale di avvio dell'Azienda.

**VISTA** la D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, recante norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale - L.R. 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee di indirizzo per l'avvio dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS). Approvazione definitiva.

**VISTE** le Deliberazioni del Direttore Generale dell'AREUS n. 2 del 29.11.2017 di nomina del Direttore Amministrativo e n. 3 del 04/12/2017 di nomina del Direttore Sanitario.

**VISTO** il Regolamento per la predisposizione, l'adozione e la formalizzazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione n. 57 del 08.03.2019.

**DATO ATTO** che con delibera n. 33 del 13.02.2019, il Dirigente proponente è assegnato all'Area di Staff – Ingegneria Clinica, in qualità di responsabile.

**ACCERTATA**, in capo al Dirigente proponente, l'assenza di cause di incompatibilità in relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate.

**CONSIDERATO** che all'Ingegneria Clinica è affidata la gestione delle risorse tecnologiche in dotazione all'AREUS e che tale gestione si realizza compiutamente anche attraverso la redazione e l'applicazione di procedure e regolamenti che coinvolgono a vario titolo soggetti interni ed esterni all'AREUS stessa.

**CONSIDERATO** che tali procedure e regolamenti sono finalizzati a:

- Definire compiti e responsabilità di ciascuno degli attori coinvolti, allo scopo di evitare duplicazione di funzioni o, viceversa, la presenza di attività non adeguatamente governate;
- Massimizzare la sicurezza per operatori e pazienti, garantendo modalità operative omogenee, formalmente condivise e approvate dalla Direzione Aziendale, sull'intero territorio regionale;
- Uniformare sul territorio regionale la qualità delle prestazioni sanitarie erogate attraverso le apparecchiature elettromedicali, garantendo omogenee modalità di presa in carico e gestione.

**CONSIDERATO** che tra gli obiettivi strategici del piano della performance assegnati nell'anno 2019 all'AREA di Staff – Ingegneria Clinica sono previsti:

- la riduzione e la prevenzione degli eventi avversi legati allo stato di MSA/elicotteri e apparecchiature elettromedicali;
- la definizione di regolamenti o procedure di gestione dei processi dell'Unità Operativa.

**DATO ATTO** che in tale contesto si rileva la necessità che la prova/visione di una nuova apparecchiatura elettromedicale da parte del personale dell'AREUS, venga effettuata esclusivamente nel rispetto di un regolamento dedicato, che ricomprenda in particolare i percorsi autorizzativi propedeutici alla consegna dell'apparecchiatura e le conseguenti verifiche documentali, prove strumentali e attività formative.

**DATO ATTO** che il regolamento oggetto del presente atto è stato condiviso con le Strutture Aziendali dello Staff e costituisce il risultato di un confronto che ne ha valutato la sostenibilità in termini organizzativi.

**DATO ATTO** che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza, la regolarità e la legittimità.



**Per le motivazioni sopra riportate**

**ACQUISITI**, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;

**DELIBERA**

**DI PRENDERE ATTO** della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, per l'effetto,

**DI APPROVARE** il regolamento interno per la visione/prova delle Apparecchiature Elettromedicali così come predisposto dal Dott. Ing. Giovanni Secci e composto dai seguenti documenti acquisiti agli atti del presente procedimento:

1. PIC02-Procedura Generale Visione-Prova Apparecchiature Elettromedicali;
2. PIC02-D01 Richiesta Visione-Prova;
3. PIC02-D02 Dichiarazione Ditta Fornitrice;
4. PIC02-F01 Diagramma di Flusso Richiesta Visione-Prova.

**DI DARE ATTO** che l'approvazione della presente deliberazione non comporta l'assunzione di oneri finanziari aggiuntivi a carico dell'Azienda.

**DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto presso l'Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia.

**Il Direttore Amministrativo**  
*(Dr. Angelo Maria Serusi)*

**Il Direttore Sanitario**  
*(Dr. Piero Delogu)*

**Il Direttore Generale**  
*(Dr. Giorgio Lenzotti)*

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AREUS dal 11/07/2019 al 26/07/2019

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali  
*Dott. Francesco Mario Bomboi*

Il Delegato  
*Dott. ssa Marianna Sanna*